◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成28年1月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／ｋｇ）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					１３４	１３７
1月15日(金)	小学校献立	※献立内容	1月15日(金)	不検出（<4.25）	不検出（<11.5）	不検出（<10.0）
		ごはん、牛乳、鯖のねぎみそかけ。切干ダイコンの煮物、ミズナとツナの和え物				
	ニンジン	阿見町実穀	1月18日(月)	不検出（<7.45）	不検出（<12.8	不検出（<11.3）
1月18日(月)	牛乳	茨城県	1月18日(月)	不検出（<7.01）	不検出（<12.7）	不検出（<11.3）
	ハクサイ	阿見町大形	1月19日(火)	不検出（<6.37）	不検出（<10.8）	不検出（<9.76）
1月19日(火)	中学校献立	※献立内容	1月19日(火)	不検出（<6.01）	不検出（<10.9）	不検出（<9.74）
		麦ごはん、牛乳、ソースかつ、ゴマ和え（ホウレン草）、きのこ汁（すまし）				
	キャベツ	阿見町荒川本郷	1月20日(水)	不検出（<6.63）	不検出（<11.2）	不検出（<10.1）
1月20日(水)	（保）牛乳	茨城県	1月20日(水)	不検出（<6.25）	不検出（<10.6）	不検出（<9.62）
	ホウレン草	阿見町実穀	1月21日(木)	不検出（<9.53）	不検出（<17.0）	不検出（<14.9）
1月21日(木)	麦ごはん	米は阿見町（27年産）	1月21日(木)	不検出（<6.27）	不検出（<10.9）	不検出（<9.64）
	ハクサイ	阿見町大形	1月22日(金)	不検出（<7.07）	不検出（<12.5）	不検出（<11.1）
1月22日(金)	小学校献立	※献立内容	1月22日(金)	不検出（<6.43）	不検出（<11.7）	不検出（<10.3）
		麦ごはん、牛乳、イカの照り焼き、ゴボウサラダ（生ゴボウ）、冬野菜のあったかスープ、焼きプリン				
	ネギ	阿見町上長	1月25日(月)	不検出（<8.12）	不検出（<14.2）	不検出（<13.0）
1月25日(月)	牛乳	茨城県	1月25日(月)	不検出（<4.68）	不検出（<12.4）	不検出（<11.0）
	ダイコン	阿見町実穀	1月26日(火)	不検出（<6.37）	不検出（<11.3）	不検出（<10.1）
1月26日(火)	中学校献立	※献立内容	1月26日(火)	不検出（<6.46）	不検出（<11.3）	不検出（<10.0）
		麦ごはん、牛乳、納豆、鶏肉の梅香り焼き、ハクサイの浅漬け、のっぺい汁				
	ニンジン	阿見町上長	1月27日(水)	不検出（<6.94）	不検出（<11.9）	不検出（<10.7）
1月27日(水)	（保）牛乳	茨城県	1月27日(水)	不検出（<6.16）	不検出（<10.6）	不検出（<9.41）
	ハクサイ	阿見町大形	1月28日(木)	不検出（<6.80）	不検出（<11.8）	不検出（<10.5）
1月28日(木)	さつまいもごはん	米は阿見町（27年産）	1月28日(木)	不検出（<6.26）	不検出（<11.2）	不検出（<10.1）
	キャベツ	阿見町荒川本郷	1月29日(金)	不検出（<7.91）	不検出（<13.5）	不検出（<12.1）
1月29日(金)	小学校献立	※献立内容	1月29日(金)	不検出（<7.04）	不検出（<12.5）	不検出（<11.0）
		さつまいもごはん、牛乳、子持ちししゃもフリッター、枝豆サラダ、五目汁				
	ダイコン	石岡市	2月1日(月)	不検出（<6.36）	不検出（<11.6）	不検出（<10.3）

1. 使用機器　食品放射能検査システム　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡＩ（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは，（　）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。
　※検査品目については，食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 基準値
　・飲料水　☞放射性セシウム： 10ベクレル/kg以下
　・牛　乳　☞放射性セシウム： 50ベクレル/kg以下
　・一般食品　☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
　・乳児用食品　☞放射性セシウム： 50ベクレル/kg以下