

阿見町食品放射能分析結果についてお知らせします。

使用機器: 食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI (日立アロカメディカル製)

▼平成27年12月

検査日	検査品目	採取地	測定結果: Bq/kg			放射性セシウム 合計値
			放射性ヨウ素	放射性セシウム 137	放射性セシウム 134	
12/18	柿の葉(焙煎)	大形	36.9 (< 37)	不検出 (< 88)	不検出 (< 96)	不検出 (< 184.1)
12/18	ホウの葉(焙煎)	大形	不検出 (< 55)	不検出 (< 88)	不検出 (< 100)	不検出 (< 188.2)
12/18	栗の葉(焙煎)	大形	不検出 (< 34)	不検出 (< 90)	不検出 (< 101)	不検出 (< 190.7)
12/18	セージ	大形	不検出 (< 21)	不検出 (< 35)	不検出 (< 38)	不検出 (< 73.3)
12/18	ハトムギ葉茎(焙煎)	大形	不検出 (< 51)	不検出 (< 89)	不検出 (< 104)	不検出 (< 192.5)
12/21	クズ(焙煎)	大形	不検出 (< 48)	不検出 (< 78)	不検出 (< 85)	不検出 (< 162.2)
12/21	イノコズチ(焙煎)	大形	不検出 (< 18)	不検出 (< 44)	不検出 (< 50)	不検出 (< 93.7)
12/21	びわの葉(焙煎)	大形	不検出 (< 31)	不検出 (< 53)	不検出 (< 58)	不検出 (< 110.8)
12/21	ササ(焙煎)	大形	不検出 (< 38)	不検出 (< 63)	不検出 (< 71)	不検出 (< 133.8)
12/21	ローリエ	大形	不検出 (< 19)	不検出 (< 32)	不検出 (< 22)	不検出 (< 53.3)
12/25	クワ(焙煎)	大形	不検出 (< 31)	不検出 (< 47)	不検出 (< 55)	不検出 (< 102.1)
12/25	ニワトコの葉茎(焙煎)	大形	不検出 (< 27)	不検出 (< 44)	不検出 (< 50)	不検出 (< 94.5)
12/25	カラスウリの葉茎(焙煎)	大形	不検出 (< 40)	不検出 (< 67)	不検出 (< 75)	不検出 (< 141.9)
12/25	イラクサの葉茎(焙煎)	大形	不検出 (< 21)	不検出 (< 33)	不検出 (< 37)	不検出 (< 70.2)
12/25	セイタカアワダチ ソウの葉茎(焙 煎)	大形	不検出 (< 23)	不検出 (< 37)	不検出 (< 43)	不検出 (< 79.7)

※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。

※H24年6月4日から()内に、本測定器で測定可能な「検出限界値」を掲載しております。

※「不検出」とは、()内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検出限界値は測定する食材等により異なります。