◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成29年8月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／ｋｇ）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					１３４	１３７
8月1日(火)	保育所献立	※献立内容	8月1日(火)	不検出（＜5.36）	不検出（＜9.76）	不検出（＜8.30）
		ごはん、牛乳、肉団子の甘酢あんかけ、モヤシのナムル、もずくスープ				
	キュウリ	つくば市	8月2日(水)	不検出（＜6.74）	不検出（＜11.6）	不検出（＜10.5）
8月2日(水)	保育所献立	※献立内容	8月2日(水)	不検出（＜7.08）	不検出（＜12.9）	不検出（＜11.4）
		白パン、牛乳、鶏肉のトマト煮、カラフルパスタサラダ、イタリアンスープ				
	（保）牛乳	茨城県	8月3日(木)	不検出（＜5.48）	不検出（＜9.60）	不検出（＜8.59）
8月3日(木)	保育所献立	※献立内容	8月3日(木)	不検出（＜5.81）	不検出（＜9.89）	不検出（＜8.79）
		ごはん、牛乳、イカの照り焼き、オーシャンサラダ、なめこ汁				
	キャベツ	筑西市	8月4日(金)	不検出（＜5.66）	不検出（＜10.2）	不検出（＜9.03）
8月4日(金)	保育所献立	※献立内容	8月4日(金)	不検出（＜5.45）	不検出（＜10.0）	不検出（＜8.96）
		ごはん、牛乳、厚揚げのそぼろ煮、キャベツの塩昆布和え、すいとん				
	長ネギ	つくば市	8月8日(火)	不検出（＜6.53）	不検出（＜12.6）	不検出（＜11.1）
8月8日(火)	保育所献立	※献立内容	8月8日(火)	不検出（＜5.56）	不検出（＜10.3）	不検出（＜8.90）
		ごはん、牛乳、鶏肉のバーベキューソース、カボチャのサラダ（マヨネーズ）、オクラとワカメのスープ				
	タマネギ	栃木県	8月9日(水)	不検出（＜5.32）	不検出（＜9.70）	不検出（＜8.44）
8月9日(水)	保育所献立	※献立内容	8月9日(水)	不検出（＜6.01）	不検出（＜11.7）	不検出（＜9.88）
		スパゲッティーナポリタン、牛乳、オムレツ、ツナサラダ、レタススープ				
	（保）牛乳	茨城県	8月10日(木)	不検出（＜5.38）	不検出（＜10.2）	不検出（＜8.74）

1. 使用機器　食品放射能検査システム　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡＩ（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは，（　）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。
   ※検査品目については，食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 新基準値

・飲料水　☞放射性セシウム： 10ベクレル/kg以下
・牛　乳　☞放射性セシウム： 50ベクレル/kg以下
・一般食品　☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
・乳児用食品　☞放射性セシウム： 50ベクレル/kg以下