

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成30年12月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果 (ベクレル/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					134	137
12月3日(月)	牛乳	茨城県	12月3日(月)	不検出 (<6.48)	不検出 (<12.3)	不検出 (<10.9)
	キャベツ	かずみがうら市	12月4日(火)	不検出 (<6.82)	不検出 (<12.8)	不検出 (<11.2)
12月4日(火)	中学校献立	※献立内容	12月4日(火)	不検出 (<6.48)	不検出 (<11.4)	不検出 (<10.2)
		コーンライス、ジョア(ストロベリー)、豆腐ナゲット(2個)、かみかみサラダ(ドレッシング)、クリームシチュー、お米のタルト				
	ハクサイ	つくば市	12月5日(水)	不検出 (<6.13)	不検出 (<10.9)	不検出 (<9.67)
12月5日(水)	(保)牛乳	茨城県	12月5日(水)	不検出 (<6.41)	不検出 (<11.1)	不検出 (<9.75)
	ダイコン	阿見町実穀	12月6日(木)	不検出 (<5.71)	不検出 (<10.6)	不検出 (<9.38)
12月6日(木)	麦ごはん	米は阿見町(30年産)	12月6日(木)	不検出 (<6.02)	不検出 (<10.7)	不検出 (<9.32)
	ミズナ	茨城町	12月7日(金)	不検出 (<5.95)	不検出 (<10.8)	不検出 (<9.55)
12月7日(金)	小学校献立	※献立内容	12月7日(金)	不検出 (<5.74)	不検出 (<10.8)	不検出 (<9.24)
		ごはん、牛乳、イナダnのみそ焼き、浅漬け、だまこ汁				
	キュウリ	土浦市	12月10日(月)	不検出 (<6.14)	不検出 (<11.3)	不検出 (<10.1)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NA1 (日立アロカメディカル製)

2. 「不検出」とは、() 内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町内の小中学校及び保育所

4. 新基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☒放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☒放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☒放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☒放射性セシウム：50ベクレル/kg以下