

阿見町学校給食センター

[illegible]

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NA1（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 基準値
- | | |
|--------|-----------------------|
| ・飲料水 | ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下 |
| ・牛乳 | ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下 |
| ・一般食品 | ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下 |
| ・乳児用食品 | ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下 |