◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼令和２年11月検査

）	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／ｋｇ）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					１３４	１３７
11月2日(月)	麦ごはん	米は阿見町（２年産）	11月2日(月)	不検出（<6.68）	不検出（<111）	不検出（<10.1）
	ニンジン	北海道	11月4日(水)	不検出（<6.28）	不検出（<10.8）	不検出（<9.63）
11月4日(水)	（保）牛乳	茨城県	11月4日(水)	不検出（<5.55）	不検出（<9.60）	不検出（<8.61）
	キュウリ	土浦市	11月5日(木)	不検出（<6.04）	不検出（<9.55）	不検出（<10.8）
11月5日(木)	麦ごはん	米は阿見町（2年産）	11月5日(木)	不検出（<6.56）	不検出（M10.5）	不検出（<9.80）
	ハクサイ	阿見町大形	11月6日(金)	不検出（<6.91）	不検出（<11.7）	不検出（<10.7）
11月6日(金)	小学校献立	※献立内容	11月6日(金)	不検出（<6.06）	不検出（<9.96）	不検出（<9.03）
		ごはん、牛乳、チーズ、レンコンのエビはさみ揚げ、かみかみサラダ（ドレッシング）、はりはり汁				
	ダイコン	阿見町大砂	11月9日(月)	不検出（<6.17）	不検出（<10.7）	不検出（<9.53）
11月9日(月)	牛乳	茨城県	11月9日(月)	不検出（<6.98）	不検出（<11.9）	不検出（<10.9）
	ハクサイ	阿見町大形	11月10日(火)	不検出（>6.33）	不検出（<10.9）	不検出（<9.81）
11月10日(火)	中学校献立	※献立内容	11月10日(火)	不検出（<5.61）	不検出（<9.82）	不検出（<8.87）
		麦ごはん、牛乳、イカのネギ塩焼き、豚肉入りきんぴら、ふわふわニラ玉汁				
	チンゲン菜	小美玉市	11月11日(水)	不検出（<5.95）	不検出（<10.3）	不検出（<9.16）
11月11日(水)	（保）牛乳	茨城県	11月11日(水)	不検出（<5.49）	不検出（<9.75）	不検出（<8.54）
	キャベツ	坂東市	11月12日(木)	不検出（<6.90）	不検出（<12.2）	不検出（<10.8）
11月12日(木)	鯛めし	米は阿見町（2年産）	11月12日(木)	不検出（<6.14）	不検出（<10.9）	不検出（<9.66）
	タマネギ	北海道	11月13日(金)	不検出（<5.94）	不検出（<10.6）	不検出（<9.40）
11月13日(金)	保育所献立		11月13日(金)	不検出（<5.62）	不検出（<9.67）	不検出（<8.93）
		赤飯、ゴマ塩、カボチャのチーズフライ、切干ダイコンの和え物、お祝い汁				

1. 使用機器　食品放射能検査システム　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡＩ（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは，（　）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。
　※検査品目については，食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 新基準値

・飲料水　☞放射性セシウム： 10ベクレル/kg以下
・牛　乳　☞放射性セシウム： 50ベクレル/kg以下
・一般食品　☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
・乳児用食品　☞放射性セシウム： 50ベクレル/kg以下